

**SIÇAN İÇİN KALSİTONİN GEN İLİŞKİLİ PEPTİD (CGRP) ELISA  
KİT'LERİ 96 TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilecek kit serum, plazma veya dokuda; testleri belirtilen tür için (sıçan) ELISA yöntemiyle belirleyebilmelidir.
2. Satın alınacak ELISA kitleri, 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.
3. ELISA kitleri, kit prospektüsünü tam olarak yansıtmalıdır.
4. Kit miyadları, en az 12 ay süreli olmalıdır.
5. Optik dansite ölçümü 405 nm, 450nm, 490 nm ve 630 nm filtresi bulunan mikropate okuyucu veya strip okuyucu ile yapılabilmelidir.
6. Serum, plazma ve/veya dokuda istenen parametreleri çalışmaya uygun olmalıdır.
7. Kitler dışında, çalışma için gerekli olan kimyasal ve sarf malzemeler, firma tarafından test miktarına yetecek şekilde ücretsiz verilmelidir.
8. Teklif edilen kit ile ilgili en az bir adet SCI veya SCI-EXP kapsamındaki dergilerde makale bulunmalıdır.
9. Kitlerin hatalı sonuç vermesi durumunda uygun özellikte yeni kit bedelsiz olarak verilmelidir.

Prof. Dr. Şerif DEMİR

Arş. Gör. Hilal ŞAMANDAR AYDAŞ

## DENEYDE KULLANILACAK SİGARA İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün içime hazır olarak teslim edilmedi.
2. Nikotin oranı en az 0,7mg olmalıdır.
3. Zifir oranı en az 7mg olmalıdır.
4. Karbonmonoksit oranı en az 7mg olmalıdır.
5. Ürünün en az 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.
6. Ambalajı açılmamış olmalıdır.

Prof. Dr. Şerif DEMİR



Arş. Gör. Hilal ŞAMANDAR AYDAŞ

