

# TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemenin adı: **Human CGRP ELISA Kit**

1. Kit ile insandan alınan serum EDTA plazma, diş oluğu sıvısı, süt ve doku örneklerinde CGRP düzeyini kantitatif ölçümü sağlanabilmelidir.
2. Kitler 96 testten 1 kutu olacak şekilde 2-8 derecede teslim edilmelidir. Teklif edilecek markanın en az 10 uluslararası yayın referansı olmalıdır. Referanslar laboratuvar sorumlusuna mail yoluyla alım öncesinde iletilmeli ve onay alınmalıdır.
3. Kitin çalışma süresi 2 saati geçmemelidir. Firma çalışma süresince laboratuvarında cihaz bulundurmalıdır.
4. Kit içerisinde mutlaka en az 2 adet kontrol içermelidir, Kontrol içermeyen kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kitten ayrı bir marka da kontrol eklenmemeli, kitle aynı marka olmalıdır.
5. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.
6. Kitin hassasiyeti 1.22 ng/mL olmalı, detection aralığı ise 1.13-100 ng/mL olmalıdır.
7. Kit içerisinde kullanıma hazır 96-well plate , plate seal, Referans Standart (2 vial), Biotin Detection Antibody, Conjugate, Sample Diluent, Antibody diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, Substrate Reagent, Stop solution ve manuel kitapçığı + Analiz sertifikası olmalıdır.
8. Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<10% ve IntER-Assay: CV<12% olmalıdır.
9. ELISA kitleri en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
10. Kitler teslim edilirken uygun saklama koşullarında teslimatı yapılmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa SAMANCI  
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Diş. Tıp. No: 151342  
Fiziyoloji ve Rehabilitasyon A.B.D.

