


Human BDNF, Pro-BDNF ve Plasminojen ELISA Kit Teknik Şartnamesi

1. 1 (bir) adet Human BDNF 96'lık elisa kiti
2. 1 (bir) adet Human Pro-BDNF 96'lık elisa kiti
3. 1 (bir) adet plasminojen 96'lık elisa kiti
4. Her paket 96 testlik olmalıdır.
5. Orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Kit insan serum ve dokusu homojenatında çalışmalıdır.
7. Detection yöntemi: kolorimetrik olmalıdır.
8. Assay type(Tahlil tipi): Sandwich (quantitative) olmalıdır.
9. Ürün datasheetinin beraberinde ayrıntılı protokol yer almalıdır.
10. 450 nm dalga boyunda okutulmalıdır
11. Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.
12. Ürün elisa için gerekli olan tüm kimyasal ve bileşenleri içermelidir.
13. Malzemeler en fazla 4 haftada teslim edilecektir aksi durumda sipariş iptal edilecektir.
14. Yukarıda belirtilen tüm özellikler ürün datasheetinde yazılı olmalıdır ve teklif veren firma ürün datasheetini de birlikte iletmelidir.
15. Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır.
16. Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.
17. En az 12 ay ürün garantisi olmalıdır ve sorunlu ürünler ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmelidir.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.