

1000'lik Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

- 1-1000ul hacminde olmalı
- 2-Mavi renkli olmalı
- 3-Toplamda 1000 adet/paket olmalı

Filtre Kağıdı Teknik Şartnamesi

- 1-40X40 cm boyutlarında olmalı
- 2-1 pakette 250 adet olmalı

Formik Asit Teknik Şartnamesi

- 1- ≥95% saflıkta olmalı
- 2-En az 1,5 L hacminde olmalı
- 3-Şeffaf olmayan kutularda olmalı

Jelatin Teknik Şartname

- 1-Toz halinde olmalı
- 2-En az 100gr'lık kutularda olmalı
- 3-Gümüş boyama için uygun olmalı
- 4-Şeffaf olmayan kutularda olmalı

Pasteur Pipeti Teknik Şartnamesi

- 1-Plastik yapıda olmalı
- 2-3ml hacim kapasitesinde olmalı
- 3- Kutuda 500 adet olmalı

Petri Kabi Teknik Şartnamesi

- 1-Cam ve ya plastik olabilir
- 2- 100mm çapında olmalıdır
- 3-Toplamda 200 adet olmalı

200'lük Pipet Ucu Teknik Şartnamesi


- 1-200ul hacminde olmalı
- 2-Sarı renkli olmalı
- 3-Toplamda 1000 adet/paket olmalı

Santrifüj Tüpü 15 ml Teknik Şartnamesi

- 1-15ml hacimde olmalı
- 2-Presteril yapıda olmalı
- 3-DNaz ve RNaz free olmalı
- 4-Toplamda 250 adet olmalı

Silver Nitrate (AgNO3) Teknik Şartnamesi

- 1-100g'lık kutuda olmalı
- 2-Kristal formda olmalı
- 3-≥99.0% saflıkta olmalı
- 4-Şeffaf olmayan kutuda olmalı


Doç. Dr. Recep ERÖZ

Prof. Dr. Hüseyin YÜCE
Tıbbi Genetik A.D.

