

## Fluoresance Spectrometre için Teknik şartname


400 nm dalgaboyunda uyartım yapılmalıdır.

Tarama aralığı 400 nm ile 800 nm arasında olmalıdır.

1 nm lik adım sayısı ile ölçüm yapılmadır.

Hassasiyet +/- 1 nm ve altı olmalıdır.

En az 6 saatlik hizmet verilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Musa CADIRCI  


Ars. Gör. Dr. Erdem ELİBOL  
