

6- Rna isolation Kit

- Kit bileşenleri , denatüre edici çözelti (100 ml) , β merkaptoetanol (1ml) 2M sodyum asetat çözeltisi, pH 4,0 (10ml) , Su ile doyurulmuş fenol (75ml) Kloroform:İzoamilalkol 49:1 (15ml) , İzopropanol olmalıdır.
- 2-8 C de soğuk zincir olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Teslim süresi en geç 1 hafta olmalıdır.

7- First Strand Cdna Synt. Kit For Rt-Pcr

- Isı ile aktivasyonu 5 dk. 95 C de olmalıdır.
- Hacim aktivitesi 20 ile 25 U/ μ l olmalıdır.
- 30 reaksiyon yeterli olmalıdır , kontrol reaksiyonları buna dahil olmalıdır.
- -20 C de soğuk zincir olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Teslim süresi en geç 1 hafta olmalıdır.

8- Kicqstart Sybr Green Readymix

- qPcr çalışmasına uygun olmalıdır.
- Kit bileşenleri MgCl₂, dNTP'ler (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq DNA Polimeraz, SYBR Yeşil boya ve stabilizatörlerin optimize edilmiş konsantrasyonlarını içeren 2X reaksiyon tamponundan oluşmalıdır.
- 250 reaksiyon = 2x 1,25 ml tüp olmalıdır.
- -20 C de soğuk zincir olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Teslim süresi en geç 1 hafta olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZCIÇEK
Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Öğretim Üyesi



Dr. Dr. Fatih
SERTSİLE

